

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ขวดแก้วสำหรับการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

1. เป็นขวดแก้วใส ใช้ในกระบวนการทำให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ผลิตจากแก้ว borosilicate
 - 2.2 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน USP type I หรือ Type I
3. ขนาดขวดและขนาดบรรจุตามรายละเอียดที่ระบุในใบเบิก
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 15378
 - 4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น ในวันยื่นเสนอราคา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 - 4.3 สามารถใช้งานร่วมกับจุกยาง และฝาอะลูมิเนียม ขนาด 13 มิลลิเมตร ที่มีอยู่เดิมในห้องปฏิบัติการได้
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยงอัสสุลี)

.....กรรมการ
(นางนพพร วัดเดลล์)

.....กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ