

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Transport tube, screw cap, self-standing, 10 mL

1. เป็นหลอดสำหรับเก็บตัวอย่างพร้อมฝาเกลียว ก้นหลอดมีลักษณะทรงกรวย (conical) พร้อมฐาน (skirt) สามารถตั้งเองได้
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ตัวหลอดทำด้วยพลาสติกชนิด polypropylene
 - 2.2 ตัวหลอดและฝาสามารถ autoclave ได้
 - 2.3 เป็นชนิด non-pyrogenic ปราศจากการปนเปื้อน Dnase และ Rnase
 - 2.4 บรรจุในถุงปิดสนิทผ่านการฆ่าเชื้อจากผู้ผลิตโดยตรง
3. สามารถใช้บรรจุสารละลายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 10 มิลลิลิตร
4. การรับรองคุณภาพ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) ของสินค้า lot ที่ส่งมอบแนบมาพร้อมกับสินค้าในวันส่งมอบ
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO13485
 - 4.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทำการทดสอบคุณภาพอย่างน้อย 10 ชิ้นในวันยื่นเสนอราคาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิชา ธีระพันธ์)

กรรมการ

(นายเชษฐา รัตนภาส)

กรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

กรรมการ

(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ