

คสช. - ๕๐๔๔/๒๕๖๐

สสช. - G044/2569

สสช. - G044/2568

สสช.-G044/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดกระจกสำหรับเตรียมแผ่นเจลขนาดความหนา 0.75 มิลลิเมตร

1. เป็นชุดกระจกสำหรับเตรียมแผ่นเจลขนาดความหนา 0.75 มิลลิเมตร โดยใช้งานร่วมกับเครื่องยี่ห้อ Biorad รุ่น Mini-PROTEAN
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 แผ่นกระจกติด spacer plate มีขนาด 10.1 x 8.2 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว) ความหนา 0.75 มิลลิเมตร จำนวน 5 แผ่น
 - 2.2 แผ่นกระจกบาง มีขนาด (กว้าง x ยาว) 10.1 x 7.3 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น
3. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท
4. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....

ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ

(นายเจษฎา รัตนธาส)

..... กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ

(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยั้งอังคัล)

..... กรรมการ

(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ