

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดกระจกสำหรับเตรียมแผ่นเจลขนาดความหนา 1.0 มิลลิเมตร

1. เป็นชุดกระจกสำหรับเตรียมแผ่นเจลขนาดความหนา 1.0 มิลลิเมตร โดยใช้งานร่วมกับเครื่องยี่ห้อ Biorad รุ่น MiniProtean
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 แผ่นกระจกติด spacer plate มีขนาด 10.1 x 8.2 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว) ความหนา 1.0 มิลลิเมตร จำนวน 5 แผ่น
 - 2.2 แผ่นกระจกบาง มีขนาด 10.1 x 7.3 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว) จำนวน 5 แผ่น
3. บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท
4. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ

(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... กรรมการ

(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังคูลี)

..... กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ

(นางจันทร์ วัฒนเมธานนท์)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25๕๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ