



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Autoclavable reagent reservoir แบบ 1 ช่อง

1. เป็นถาดบรรจุสารละลายชนิดกันแหลม สำหรับใช้งานกับ Micropipette และ Multichannel Micropipette
2. ผลิตจาก Polypropylene สามารถนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclavable) ได้
3. บรรจุสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 75 มิลลิลิตรต่อถาด
4. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นต่อแพ็ค
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570





(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ




..... ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา อีระพันธ์)


 กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

 กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

 กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังคัล)

 กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

 กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

 กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ