

๔๘๘-๕๐๕๔/๒๕๖๐

สสช.-๕๐๕๔/๒๕๖๑

สสช.-๕๐๕๔/๒๕๖๘


สสช.-๕๐๕๔/๒๕๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Autoclavable reagent reservoir แบบ 12 ช่อง


1. เป็นถาดบรรจุสารละลายแบบ 12 ช่อง สำหรับใช้งานกับ Multichannel Micropipette
2. ผลิตจาก Polypropylene สามารถนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclavable) ได้
3. บรรจุสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิลิตรต่อช่อง หรือ 60 มิลลิลิตรต่อถาด
4. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8 ชิ้นต่อแพ็ค
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐




(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิชญา ชีระพันธ์)




กรรมการ

(นายเจษฎา รัตโนภาส)



กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)




กรรมการ

(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

จันทรา

กรรมการ

(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)



กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)



กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)


ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ