

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
Capillary array สำหรับเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม

1. เป็น capillary ชนิด internally coated เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์สารพันธุกรรมสำหรับเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ใช้สำหรับการทำ Protein Quality Analysis, Fragment Analysis และ Sequencing
 - 2.2 สามารถใช้วิเคราะห์สารพันธุกรรมได้ 160 ครั้งต่อชุด
 - 2.3 สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติยี่ห้อ Applied biosystems รุ่น 3500/3500xL Genetic Analyzer ที่มีอยู่เดิมได้
3. capillary แต่ละเส้นมีความยาว 50 เซนติเมตร บรรจุ 8 เส้นต่อแพ็ค
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับจากวันส่งมอบ และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
 - 4.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....กรรมการ

(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคส์)

.....กรรมการ

(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

.....กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ