

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดเก็บตัวอย่าง ขนาด 0.5 มิลลิลิตร พร้อมฝาเกลียว

1. เป็นหลอดพลาสติกสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจแบบฝาเกลียว ชนิดตั้งได้ (self-standing)
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 หลอดและฝาทำด้วยพลาสติกชนิด polypropylene (PP)
 - 2.2 ฝา screw cap แบบมี O-ring
 - 2.3 สามารถทนแรงเหวี่ยง ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 20,000xg
 - 2.4 สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -196 องศาเซลเซียส ถึง 121 องศาเซลเซียส
 - 2.5 ผ่านการรับรองว่าปราศจาก RNase, DNase, human DNA และ pyrogen หรือ endotoxin
3. สามารถบรรจุปริมาตรได้ 0.5 มิลลิลิตร
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิต แนบมาในวันส่งมอบสินค้าและจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบ อย่างน้อย 5 ชิ้น ในวันยื่นเสนอราคา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

..... กรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยังอังสุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ