


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Standard beads สำหรับเครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ

1. เป็นเม็ดปิดมาตรฐาน ใช้สำหรับสอบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ ยี่ห้อ Logos รุ่น LUNA II
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 มีลักษณะเป็นเม็ดปิดพลาสติกชนิด polystyrene สี ไม่มีสี ขนาด 9-11 ไมโครเมตร อยู่ในสารละลาย trypan blue สีน้ำเงินเข้ม
 - 2.2 มีความเข้มข้นของเม็ดปิด ประมาณ 1.0×10^6 Beads/mL
3. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือนนับจากวันส่งมอบ
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
 - 4.2 มีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



ประธานกรรมการ


(นางกัญญ์พิชญ์ ธีระพันธ์)


กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)


กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)


กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังคัล)


กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)


กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ