

๕๕๘. - ๕๐๘๑ / ๒๕๖๐

๕๕๘. - ๕๐๘๑ / ๒๕๖๑

๕๕๘. - ๕๐๘๑ / ๒๕๖๘

๕๕๘. - ๕๐๘๑ / ๒๕๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Micro hematocrit tube


1. เป็นหลอด miro hematocrit ที่มีการเคลือบ Sodium heparin ภายในหลอด
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำด้วยแก้ว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1.07 - 1.23 มิลลิเมตร และยาว 75 ± 0.5 มิลลิเมตร
 - 2.2 สามารถบรรจุตัวอย่างได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 75 ไมโครลิตร
3. บรรจุในหลอดปิดสนิท มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น/vial
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 12772
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ




ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)




(นายเจษฎา รัตนธาดา)




(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)




(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคัล)




(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)



(นางสาวพนม ไสยจิตร)



(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)



(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ