

รศ. - ๐๘๒/๒๕๖๐

สสช. - G082/2569

สสช. - G082/2568

สสช.-G082/2567


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถาดซีฟิ่งสำหรับอุดหลอดเก็บเลือด

1. เป็นถาดพร้อมซีฟิ่งสำหรับอุดปลายหลอดเก็บเลือด (Capillary tube)
2. ผลิตจากซีฟิ่งธรรมชาติ หรือ sigillum wax
3. บรรจุอยู่ในถาดพลาสติกที่มีรู หรือร่องเสียบหลอดเก็บเลือดได้
4. ถาดพลาสติกสามารถเสียบหลอดเก็บเลือดได้ไม่น้อยกว่า 24 หลอดต่อถาด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ




ประธานกรรมการ


(นางกัญญ์พิกญา ธีระพันธ์)

 กรรมการ


(นายเชษฐา รัตนภาส)

 กรรมการ


(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

 กรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคัล)

 กรรมการ


(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

 กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)


 กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)


ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ