

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แก๊สออกซิเจน

1. เป็นแก๊สออกซิเจน (O₂) เกรดทางการแพทย์
2. มีความบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า 99.0 เปอร์เซ็นต์
3. บรรจุในท่อ (Cylinder) ขนาดไม่น้อยกว่า 47 ลิตร โดยมีปริมาตรแก๊สไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร
4. เงื่อนไขอื่นๆ

4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิตของแก๊ส (certificate of conformity) แนบมาในวัน
ส่งมอบสินค้า

4.2 ชนิดวาล์วของท่อแก๊สแบบ CGA 540 และมีพลาสติกห่อหุ้มปิดวาล์ว

4.3 ท่อที่ใช้บรรจุแก๊ส เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิชญ์ ธีระพันธ์)

กรรมการ

(นายเจษฎา รัตโนภาส)

กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

กรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

กรรมการ

(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ