

๘๘๘-๕๐๙๐/๒๕๖๘

๘๘๘-๕๐๙๐/๒๕๖๙

๘๘๘-๕๐๙๐/๒๕๖๘

๘๘๘-๕๐๙๐/๒๕๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Erlenmeyer cell culture flask

1. เป็นขวดรูปชมพู่ พร้อมฝา เหมาะสำหรับเพาะเลี้ยงเซลล์
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 ตัวขวดทำด้วยพลาสติกชนิด polycarbonate
 - 2.2 ฝาขวดทำด้วย polypropylene มีช่องผ่านอากาศที่บุด้วยแผ่นกรอง
 - 2.3 ผ่านการฆ่าเชื้อจากโรงงานผู้ผลิตที่ระดับ Sterility Assurance Level (SAL) 10^{-6}
 - 2.4 ปราศจากไฟโรเจน, RNase Free และ DNase Free
3. มีขนาดความจุตามรายละเอียดที่ระบุในใบเบิก
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิกขญา ธีระพันธ์)

.....กรรมการ

(นายเจษฎา รัตนธาดา)

.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังคาส)

.....กรรมการ

(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ