

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดเก็บเลือดสุญญากาศชนิดไม่มีสารกันเลือดแข็งตัว

1. เป็นหลอดพลาสติกสำหรับเก็บเลือด ภายในหลอดเป็นสุญญากาศ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 หลอดเคลือบด้วยสารกระตุ้นให้เกิดกระบวนการแข็งตัวของเลือด (Serum clot activator หรือ Clot activator)
 - 2.2 มีฝาเป็นชนิด safety cap หรือ hemogard
 - 2.3 ข้างหลอดติดฉลากสำหรับเขียนรายละเอียดของตัวอย่าง
 - 2.4 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterile)
3. ขนาดบรรจุตามรายละเอียดที่ระบุในใบเบิก
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
 - 4.2. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
 - 4.3. ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)

.....กรรมการ
(นายเจษฎา รัตนภาส)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสุบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ