

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
pH Electrode สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Mettler Toledo

1. เป็น electrode ชนิด combined electrode ใช้วัดค่า pH ในตัวอย่างน้ำ
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 สามารถวัดค่า pH ในช่วง 0 - 14 และวัดอุณหภูมิที่ 0 - 100 องศาเซลเซียสได้
 - 2.2 หัววัดค่า pH มีลักษณะเป็นแบบ open junction และชนิดของ reference electrolyte เป็นแบบ polymer
 - 2.3 มี membrane glass เป็นรูปตัว U
 - 2.4 สายเคเบิลยาว 1.2 เมตร และเชื่อมต่อเครื่องวัดเป็นแบบ BNC/RCA (Cinch)
 - 2.5 มีเส้นผ่านศูนย์กลางแกน 12 มิลลิเมตร และความยาวแกน 120 มิลลิเมตร
 - 2.6 สามารถใช้กับ pH meter ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น Sevencompact S220 ที่มีอยู่เดิมได้
3. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
4. มีเอกสารรับรองคุณภาพสินค้า (certificate of quality) แนบมาในวันส่งมอบสินค้าและต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิกษา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ

(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... กรรมการ

(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ

(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... กรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ