

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Chemical indicator paper strip for steam sterilization

1. เป็นแผ่นทดสอบประสิทธิภาพการนิ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง
2. มีคุณสมบัติดังนี้
 - 2.1 สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียสและ 134 องศาเซลเซียสได้
 - 2.2 บนแผ่นทดสอบมีตัวบ่งชี้ทางเคมี (chemical indicator) เมื่อใช้งานตามอุณหภูมิและเวลาที่กำหนด สีของตัวบ่งชี้จะเปลี่ยน
3. มีขนาดบรรจุตามรายละเอียดที่ระบุในใบเบิก
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 11140-1
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปีนับจากวันส่งมอบ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิจญา ชีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ