

ณค. - ๕1๐3/๒๕๖๐

สสช.-G103/256๙

สสช.-G103/2568

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดวัสดุและเมมเบรนสำหรับผลิตแถบทดสอบ Lateral Flow

1. เป็นชุดวัสดุและเมมเบรนสำหรับผลิตแถบทดสอบเพื่อใช้ในงานทดสอบ Lateral Flow
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 2.1 เมมเบรนชนิด Unisart CN140, Unisart CN95, Whatman FF120HP, Whatman FF170HP และ Unback CN140 ขนาด 25 x 300 มิลลิเมตร ชนิดละ 5 ชิ้นต่อแพ็ค
 - 2.2 Sample Pad ชนิด Ahlstrom 8964 ขนาด 18 x 300 มิลลิเมตร จำนวน 25 ชิ้นต่อแพ็ค
 - 2.3 Wicking Pad ชนิด Whatman 470 ขนาด 18 x 300 มิลลิเมตร จำนวน 25 ชิ้นต่อแพ็ค
 - 2.4 Conjugate Pad ชนิด GF33 Glass Fiber ขนาด 10 x 297 มิลลิเมตร จำนวน 15 ชิ้นต่อแพ็ค
 - 2.5 Conjugate Pad ชนิด Ahlstrom 8964 ขนาด 10 x 300 มิลลิเมตร จำนวน 10 ชิ้นต่อแพ็ค
 - 2.6 Backing Card ขนาด 60 x 300 มิลลิเมตร จำนวน 25 ชิ้นต่อแพ็ค
 - 2.7 Cassettes เบอร์ 11 จำนวน 50 ชิ้นต่อแพ็ค
 - 2.8 White Aluminum Foil จำนวน 50 ชิ้นต่อแพ็ค
 - 2.9 Desiccant Silica Gel Mix บรรจุ 1 กรัมต่อซอง จำนวน 50 ชิ้นต่อแพ็ค
3. สามารถใช้ผลิตแถบทดสอบ Lateral Flow ได้ไม่น้อยกว่า 25 แผ่น
4. เงื่อนไขอื่นๆ
 - 4.1 มีเอกสารกำกับการใช้งานแนบมาพร้อมกับสินค้า
 - 4.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์กุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

5.ส่งมอบ...

รศ.- ๕103/๒๕๖๐

สสช.- G103/2569

สสช.-G103/2568


5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ


(นางกัญญ์พิจญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ


(นายเจษฎา รัตโนภาส)

..... กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ

(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังคส์)

..... กรรมการ

(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)


..... กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐



(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ชุดวัสดุและเมมเบรนสำหรับผลิตแถบทดสอบ Lateral Flow