

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Membrane set for OE-473AA

1. เป็น membrane ชนิด OE-473AA สำหรับหัววัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ยี่ห้อ TOA DKK รุ่น OE - 473AA
2. มีเกลียวสามารถสวมได้พอดีกับหัววัด
3. ขนาดบรรจุ 3 ชิ้น ต่อ set
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชา ธีระพันธ์)

.....กรรมการ
(นายเจษฎา รัตนภาส)

.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยั้งอังสุลี)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ