

ชุดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ 4

1. เป็นด้ามมีดสำหรับใช้ผ่าตัด เบอร์ 4
2. ทำจาก Stainless steel
3. มีร่องตรงปลายด้ามมีด สำหรับใส่ใบมีดผ่าตัด
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิจญา ชีระพันธ์)

.....กรรมการ

(นายเจษฎา รัตโนภาส)

.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ

(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....กรรมการ

(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

.....กรรมการ

(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ