

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Cylinder, Class A, 50 mL

1. เป็นกระบอกตวงชนิด measuring cylinder
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A
 - 2.2 ทำจากแก้ว Borosilicate
 - 2.3 ส่วนฐานมีลักษณะหกเหลี่ยม ลักษณะปากเป็นแบบ Spout
 - 2.4 มีขีดบอกปริมาตรความละเอียดไม่เกิน 1 มิลลิลิตร
 - 2.5 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance) ไม่เกิน ± 0.5 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 50 มิลลิลิตร
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 เป็นเครื่องแก้วที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 4788
 - 4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 - 4.3 มีเอกสารรับรองคุณภาพการผลิตแนบมาในวันส่งมอบสินค้า
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิกญา ธีระพันธ์)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางนพพร วัดเดสล์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

.....กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ