

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
pH electrode สำหรับเครื่อง pH meter

1. เป็น electrode ชนิด combination ใช้วัดค่า pH ในตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์
2. มีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 2.1 ทำจากแก้วมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร และความยาว 170 มิลลิเมตร
 - 2.2 หัววัดค่า pH มีลักษณะเป็นแบบ Immovable glass sleeve และสารละลายอ้างอิง (Reference electrolyte) เป็นชนิด 3 mol/L KCl
 - 2.3 สามารถวัดค่า pH ในช่วง 1 - 11 และที่อุณหภูมิ 0 - 80 องศาเซลเซียสได้
3. มีสายเคเบิลที่สามารถใช้กับ pH meter ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น Sevencompact S220 ที่มีอยู่เดิมได้
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
 - 4.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพสินค้า (certificate of quality) แนบมาในวันส่งมอบสินค้าและต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
 - 4.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 ชุด
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

..... ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิกญา ชีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางนพพร วัดเดลล์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)

..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ