



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
Forceps แบบปลายตรง ชนิดไม่มีเขี้ยว

1. เป็น Forceps ชนิดไม่มีเขี้ยว ส่วนปลายปากคีมมีลักษณะตรง ที่ปลายด้านในมีร่องฟันตามขวางทั้งสองด้าน สามารถประกบกันได้สนิท
2. ทำจากโลหะสแตนเลส สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง autoclave ได้
3. มีขนาดตามรายละเอียดที่ระบุในใบเบิก
4. ผู้ขายต้องแนบตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ทดสอบอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด


.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ชีระพันธ์)


..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)


..... กรรมการ
(นางธวัชรรัตน์ เกียรติยิ่งอังสุลี)


..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนเมธานนท์)


..... กรรมการ
(นางนภาพร วัดเคลลี)



..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร)


..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนิกร วิฑูรพงศ์)


..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒570


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ