รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Cylinder, Class A, 500 mL

1. เป็นกระบอกตวงแก้ว ใช้สำหรับตวงสารละลาย
2. มีคุณสมบัติดังนี้
   2.1 เป็นเครื่องแก้ว Class A ชนิด TC หรือ In
   2.2 ผลิตจากแก้ว Borosilicate
   2.3 ส่วนฐานมีลักษณะหกเหลี่ยม และส่วนปากกระบอกตวงมีจะงอยปาก (spout)
   2.4 มีขีดบอกปริมาตรชัดเจน ความละเอียดไม่เกิน 5.0 มิลลิลิตร
   2.5 มีค่าความผิดพลาด (Tolerance หรือ Error limit) ไม่เกิน ± 2.50 มิลลิลิตร
3. มีขนาดความจุ 500 มิลลิลิตร
4. เงื่อนไขอื่น ๆ
   4.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO 4788
   4.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001
5. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

.....กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

.....กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

.....กรรมการ
(นางนวพร วัดเดลล์)

.....กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

.....กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

.....กรรมการ
(นางสาวจรูญลักษณ์ มาเอียด)

.....กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

(นายเฉลิมชัย จินดพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ