สสช.-T003/2570
สสช.-T003/2569
สสช.-T003/2568

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Alkaline phosphatase test kit

1. เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับ Alkaline phosphatase โดยใช้หลักการ AMP
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 Reagent A : 2-Amino-2-methyl-1-propanol 0.4 mol/L, zinc sulfate 1.2 mmol/L, N-hydroxyethylethylenediaminetriacetic acid 2.5 mmol/L, magnesium acetate 2.5 mmol/L, pH 10.4
   2.2 Reagent B : 4-Nitrophenylphosphate 60 mmol/L
   2.3 มีเอกสารกำกับการใช้งาน (leaflet) จากบริษัทผู้ผลิตแนบมาพร้อมกับสินค้า
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   3.1 ใช้กับสิ่งส่งตรวจที่เป็น serum ได้โดยมีความสามารถในการตรวจวัดได้ตั้งแต่ 6.0-1200 U/L
   3.2 สามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ BioSystems ที่มีอยู่เดิมได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบโดยระบุวันหมดอายุที่ข้างขวดหรือข้างกล่อง
5. เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส ระหว่างการขนส่งจนถึงส่งมอบ ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๗๐
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ