สสช.-T011/2570
สสช.-T011/2569
สสช.-T011/2568
สสช.-T011/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Gamma-Glutamyltransferase test kit

1. เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับตรวจวิเคราะห์ระดับ Gamma-Glutamyltransferase โดยใช้หลักการ IFCC
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 Reagent A : Glycylglycine 206.25 mmol/L, sodium hydroxide 130 mmol/L, pH 7.9
   2.2 Reagent B : γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 32.5 mmol/L
   2.3 มีเอกสารกำกับการใช้งาน (leaflet) จากบริษัทผู้ผลิตแนบมาพร้อมกับสินค้า
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   3.1 ใช้กับสิ่งส่งตรวจที่เป็น serum ได้โดยมีความสามารถในการตรวจวัดได้ตั้งแต่ 5.8-600 U/L
   3.2 สามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ BioSystems ที่มีอยู่เดิมได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบโดยระบุวันหมดอายุที่ข้างขวดหรือข้างกล่อง
5. เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส ระหว่างการขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ