สสช.-T022/2570
สสช.- T022/2569
สสช.-T022/2568
สสช.-T022/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Biochemistry control serum level 2

1. เป็นสารควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมีมีความเข้มข้นอยู่ในช่วงค่าผิดปกติ
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 Lyophilized human serum บรรจุในขวดแก้วสีชา จำนวน 5 ขวด แต่ละขวดสามารถเตรียมได้ 5 มิลลิลิตร
   2.2 มีเอกสารกำกับการใช้งาน (leaflet) และเอกสารระบุค่าความเข้มข้นของค่าชีวเคมีต่างๆ ของ lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบแนบมาด้วย
3. สามารถใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ Biosystems ที่มีอยู่เดิมได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบโดยระบุวันหมดอายุที่ข้างขวดหรือข้างกล่อง
5. เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส ระหว่างการขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ