รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาสำหรับวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรม

1. เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปสำหรับการใช้งานกับเครื่องวิเคราะห์ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ยี่ห้อ Agilent รุ่น 4200 TapeStation
2. น้ำยา 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 High Sensitivity D1000 Ladder ปริมาตรไม่น้อยกว่า 30 ไมโครลิตร
   2.2 High Sensitivity D1000 Sample Buffer ปริมาตรไม่น้อยกว่า 300 ไมโครลิตร
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   3.1 สามารถใช้ได้กับแผ่น screentape ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่น High sensitivity D1000 ScreenTape
   3.2 สามารถใช้ทดสอบตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 112 ตัวอย่าง
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
   5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางนวพร วัดเดลล์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... กรรมการ
(นางสาวจรูญลักษณ์ มาเอียด)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ