สธ.-T029/2570
สสช.-T029/2569
สสช.-T029/2568
สสช.-T029/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดน้ำยาสำหรับวิเคราะห์ลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนม (ไมโคร)

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับวิเคราะห์หาลำดับเบสด้วยเครื่องวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนม
2. น้ำยา 1 ชุด ประกอบด้วย
   - 2.1 Flow Cell จำนวน 1 อัน
   - 2.2 Prefilled reagent Cartridge จำนวน 1 อัน
   - 2.3 Hybridization Buffer (HT1) จำนวน 1 ชุด
   - 2.4 Incorporation Buffer (PR2) จำนวน 1 ขวด
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   - 3.1 วิเคราะห์หาลำดับเบสได้ไม่น้อยกว่า 300 รอบ
   - 3.2 สามารถใช้ได้กับเครื่องวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรมในระดับจีโนม ยี่ห้อ illumina รุ่น MiSeq
   - 3.3 สามารถวิเคราะห์หาลำดับเบสได้ประมาณ 1.2 Gb
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๗๐
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ