สสช.-T033/2570
สสช.-T033/2569
สสช.-T033/2568
สสช.-T033/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดทดสอบสำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ *Coxiella burnetii*

1. เป็นชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ *Coxiella burnetii* ในซีรัม พลาสมา หรือน้ำนมของสัตว์เคี้ยวเอื้อง ได้แก่ โค แพะ และแกะ โดยวิธี ELISA
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 ไมโครเพลท 96 หลุม ชนิด strips เคลือบด้วย *Coxiella burnetii* antigen
   2.2 ชุดน้ำยา ประกอบด้วย positive control, negative control, conjugate, TMB substrate N.12, stop solution N.3 และ wash concentrate (10X) หรือ positive control, negative control, dilution buffer 2, dilution buffer 3, concentrated conjugate (10X), wash concentrate (20X), substrate solution และ stop solution (0.5 M)
   2.3 มีเอกสารกำกับการใช้งาน
3. อ่านผลที่ความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร
4. ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในใบเบิก
5. เงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
   5.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001
   5.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ
   5.4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ