สสช. - T038/2570
สสช. - T038/2569
สสช.- T038/2568
สสช.-T038/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดทดสอบโรค Q fever และ Chlamydiosis ด้วยวิธี real-time PCR

1. เป็นชุดทดสอบสำหรับตรวจหาเชื้อ *Coxiella burnetii* และ *Chlamydophila* spp. ที่ก่อโรค Q fever และ Chlamydiosis ด้วยวิธี real-time PCR โดยใช้ TagMan probes
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 PLS-QF (plasmid)
   2.2 TPC-QFCH (target positive control)
   2.3 ARM-QFCH (amplification reaction mix)
   2.4 มีเอกสารกำกับการใช้งาน (Leaflet)
3. สามารถตรวจตัวอย่าง swab จากรก หรือช่องคลอด, ม้าม, น้ำนม และอุจจาระ ในสัตว์เคี้ยวเอื้องได้
4. ขนาดบรรจุตามรายละเอียดในใบเบิก
5. เงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพ (Quality control sheet) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot หรือ batch การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
   5.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001
   5.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ
   5.4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ