สสช. - T043/2570
สสช.-T043/2569
สสช.-T043/2568

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดน้ำยา Probe สำหรับ Real-time PCR

1. เป็นชุดน้ำยา Probe สำหรับทำปฏิกิริยา hot-start PCR ในการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมโดยใช้เครื่อง Real-time PCR
2. น้ำยา 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 Lightcycler 480 probe master (2X) หรือ iTaq Universal Probes Supermix (2X) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร จำนวน 5 หลอด
   2.2 Water PCR Grade หรือ Nuclease-free H_2O
   2.3 มีคู่มือหรือเอกสารแนะนำการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติดังนี้
   3.1 สามารถใช้ตรวจหา DNA โดยอาศัยตัวติดตามชนิด hydrolysis probe และ FRET hybridization probe ได้
   3.2 สามารถใช้ทดสอบตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 500 reactions
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือนนับจากวันส่งมอบ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
   5.2 เก็บรักษาตามบริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570
(นายเสิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 25
(นายเสิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

(นายเสิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ