รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit

1. เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับการทำปฏิกิริยา Sanger sequencing เพื่อวิเคราะห์หาลำดับเบสของสารพันธุกรรม ด้วยเทคนิค Capillary electrophoresis
2. น้ำยา 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 Ready Reaction Mix
   2.2 5x Sequencing Buffer
   2.3 pREF-BDT™ Control DNA
   2.4 -21 M13 Control Primers
3. เงื่อนไขอื่นๆ
   3.1 สามารถใช้ได้กับเครื่องวิเคราะห์ลำดับสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ รุ่น 3130/3130XL, 3500/3500XL และ 3730/3730XL ได้
   3.2 สามารถทำ de novo sequencing และ resequencing ได้
   3.3 สามารถใช้วิเคราะห์สารพันธุกรรมได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอย่าง
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือนนับจากวันส่งมอบ ซึ่งระบุวันหมดอายุที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุ และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
5. เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางนวพร วัดเดลล์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... กรรมการ
(นางสาวจรูญลักษณ์ มาเอียด)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

(นายเลิศชัย จินดพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ