สสช.-T050/2570
สสช.-T050/2569
สสช.-T050/2568
สสช.-T050/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาวัดความเข้มข้นของโปรตีน

1. เป็นน้ำยาสำหรับใช้วัดความเข้มข้นหรือปริมาณของโปรตีน โดยหลักการ Bradford
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 น้ำยา dye reagent concentrate หรือ Bradford assay reagent หรือ Bradford reagent ขนาดไม่น้อยกว่า 450 มิลลิลิตร จำนวน 1 ขวด
   2.2 น้ำยา bovine serum albumin standard ขนาดไม่น้อยกว่า 10 มิลลิลิตร จำนวน 1 ขวด
   2.3 เอกสารกำกับการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติดังนี้
   3.1 ใช้สำหรับวัดความเข้มข้นของโปรตีนได้ในช่วง 200 – 1,400 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
   3.2 วัดความเข้มข้นโปรตีนโดยการดูดกลืนแสงได้ในช่วง 465-595 นาโนเมตร
   3.3 ใช้กับงานที่มีความเข้มข้นของโปรตีน ตั้งแต่ 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรได้
   3.4 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2,000 assays
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
   5.2 เก็บรักษาที่อุณภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
..... กรรมการ
(นางสาวพนม ไสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ