สสช.-T052/2570
สสช.-T052/2569
สสช.-T052/2568
สสช.-T052/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดน้ำยาตรวจเลือด

1. เป็นชุดน้ำยาตรวจเลือด (V-52 Reagent) สำหรับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติแบบแยกเม็ดเลือดขาว ยี่ห้อ Mindray รุ่น BC-5000 Vet
2. ใน 1 ชุดประกอบด้วย
   - 2.1 V-52D Diluent ปริมาตร 5.5 ลิตร จำนวน 2 ถัง
   - 2.2 V-52DIFF Lyse ปริมาตร 300 มิลลิลิตร จำนวน 1 ขวด
   - 2.3 V-52LH Lyse ปริมาตร 90 มิลลิลิตร จำนวน 1 ขวด
   - 2.4 มีเอกสารกำกับการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติดังนี้
   - 3.1 ใช้สำหรับตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (completed blood count)
   - 3.2 เป็นของเหลว ไม่มีสี
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบโดยระบุวันหมดอายุ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
   - 5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันที่ส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
   - 5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 - 30 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 90 เปอร์เซนต์ ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
   - 5.3 บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
   - 6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ