สสช.-T059/2570
สสช.-T059/2569
สสช.-T059/2568
สสช.-T059/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาตรวจควบคุมภายใน (endogenous heterogous control)
สำหรับสารพันธุกรรมชนิด RNA

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับใช้ในการตรวจควบคุมภายใน (endogenous heterogous control) เพื่อความถูกต้องของผลการทดสอบตัวอย่างลบลวง (false negative) ในปฏิกิริยาการทดสอบเชื้อไวรัส อาร์เอ็นเอ
2. ใน 1 ชุดประกอบด้วย
   2.1 RNA process control, conc
   2.2 RNA process control dilution buffer
   2.3 RNA process control detection (Cy5-labeled hydrolysis probe and primers)
   2.4 LightCycler multiplex RNA virus master
   2.5 Water, PCR grade
3. มีคุณสมบัติดังนี้
   3.1 สามารถใช้ในการควบคุมการทดสอบตั้งแต่ขั้นตอนการสกัดสารพันธุกรรมและขั้นตอนการตรวจวัดปฏิกิริยา RT-qPCR
   3.2 สามารถผสมกับตัวอย่างที่จะสกัดได้โดยตรง
   3.3 สามารถใช้ได้อย่างน้อย 200 ตัวอย่าง
4 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6 ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ