สสช.-T060/2570
สสช.-T060/2569
สสช.-T060/2568
สสช.-T060/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม DNA สำหรับเครื่อง Real-time PCR

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิด DNA สำหรับเครื่อง Real-time PCR
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 Faststart essential DNA Probe Master, 2X conc. หรือ probe realtime qPCR master mix without ROX(2x)
   2.2 Water, PCR grade
3. มีคุณสมบัติดังนี้
   3.1 ใช้ probes ในการตรวจหา DNA
   3.2 ตัวเอนไซม์ Taq DNA polymerase ที่อุณหภูมิที่ 94-95 องศาเซลเซียส ในการกระตุ้นการทำงาน (hot start)
   3.3 สามารถใช้ทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 500 reactions
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
   5.2 บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๗๐
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ