สสช.-T062/2570
สสช.-T062/2569
สสช.-T062/2568
สสช.T062/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
น้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงสำหรับ DNA ชนิด High Resolution Melting

1. เป็นชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณและตรวจสอบสารพันธุกรรมที่ใช้กับเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง โดยใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์ DNA หรือ cDNA ด้วยสี Fluorescence และ Primers ที่มีความจำเพาะต่อตัวอย่างที่ต้องการตรวจวิเคราะห์
2. ชุดน้ำยาสามารถใช้ทดสอบตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 500 Reactions ประกอบด้วย
   2.1 Master Mix, 2X conc.ซึ่งประกอบด้วย FastStart Taq DNA Polymerase, buffer, dNTP mix และ High Resolution Melting Dye
   2.2 $MgCl_2$, 25 mM
   2.3 Water, PCR grade
3. สามารถหาความแตกต่างของลำดับเบสได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
   5.2 บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ