สสช.-T066/2570
สสช.-T066/2569
สสช.-T066/2568
สสช.-T066/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

DNA Process Control Kit

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับควบคุมกระบวนการตรวจ DNA
2. น้ำยา 1 ชุดประกอบด้วย
   2.1 DNA Process Control, conc
   2.2 DNA Process Control Diluent
   2.3 qPCR Reaction Mix, 5x conc.
   2.4 DNA Process Control Detection Assay, 20x conc.
   2.5 Water, PCR grade
3. มีคุณสมบัติดังนี้
   3.1 สามารถใช้งานกับตัวอย่าง เลือด ซีรัม อุจจาระ และ ปัสสาวะ
   3.2 มี DNA ที่ทนต่อเอนไซม์นิวคลีเอส เพื่อใช้ควบคุมตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การสกัดสารพันธุกรรมจนถึงการวัดปริมาณ DNA
   3.3 สามารถใช้ได้ 200 reactions หรือ 600 reactions ต่อชุด โดยระบุในใบเบิก
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

5. เงื่อนไขอื่นๆ...

สสช.-T066/2570
สสช.-T066/2569
สสช.-T066/2568
สสช.-T066/2567

5. เงื่อนไขอื่นๆ

5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันที่ส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ

5.2 บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง

6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
(นายเสิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569
(นายเสิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570
(นายเสิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ