สสช.-T068/2570
สสช.-T068/2569
สสช.-T068/2568
สสช.-T068/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงสำหรับ DNA ชนิด Multiplex

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมชนิด DNA โดยใช้เทคนิคการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง สำหรับงาน multiplex qPCR
2. น้ำยา 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 qPCR Reaction Mix
   2.2 Water, PCR grade หรือ Nuclease-free water
   2.3 มีเอกสารกำกับการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติดังนี้
   3.1 ใช้สำหรับ Hydrolysis Probe หรือ Universal ProbeLibrary
   3.2 สามารถใช้ทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 200 Reactionsต่อชุด หรือ 1,000 Reactionsต่อชุด โดยระบุในใบเบิก
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ และรับประกันคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน
5. เงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันที่ส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
   5.2 เก็บรักษาตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
   5.3 บรรจุในภาชนะปิดสนิทจากผู้ผลิตโดยตรง
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ