สสช.-T075/2570
สสช.-T075/2569
สสช.-T075/2568
สสช.-T075/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

Antimicrobial susceptibility test gram positive cards

1. เป็นการ์ดทดสอบสำเร็จรูป Antimicrobial susceptibility test gram positive cards สามารถใช้ร่วมกับเครื่องตรวจความไวของยาต้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ ยี่ห้อ VITEK2 Compact
2. มีลักษณะดังนี้
   2.1 มีรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง x ยาว x หนา ไม่น้อยกว่า 6 x 10 x 0.5 เซนติเมตร
   2.2 มีช่องบรรจุยาต้านจุลชีพชนิดต่างๆ (micro wells) จำนวน 64 หลุม โดยมีอาหารเลี้ยงเชื้อผสมยาต้านจุลชีพ
   2.3 มีเอกสารกำกับการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติดังนี้
   3.1 ใช้ตรวจความไวของยาต้านจุลชีพต่อเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแกรมบวก
   3.2 มีขนาดบรรจุ 20 การ์ดต่อกล่อง
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับจากวันส่งมอบ โดยระบุวันหมดอายุ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (Certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
   5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
   5.3 มีเจ้าหน้าที่สาธิตให้คำแนะนำและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หลังการขาย
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568
(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ