สสช.-T121/2570
สสช.-T121/2569
สสช.-T121/2568
สสช.-T121/2567

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยา Universal Probe Master Mix

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับทำปฏิกิริยา hot-start PCR ในการตรวจด้วยวิธี Real – Time PCR โดยใช้หลักการ Probe-based
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   2.1 น้ำยา Luna Universal Probe qPCR Master Mix หรือ SsoAdvanced universal probes supermix
   2.2 เอกสารกำกับการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติดังนี้
   3.1 สามารถใช้ตรวจหา DNA โดยอาศัยตัวติดตามชนิด hydrolysis probe หรือ fluorogenic probe ได้
   3.2 มีส่วนผสมของ passive reference dye ทำให้สามารถใช้งานได้กับเครื่อง real-time PCR ที่ใช้ระบบ Rox- reference signal หรือ Rox-dependent ได้
   3.3 สามารถใช้ทดสอบตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 500 reactions
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้าและจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
   5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2568

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ