สธ. -T143/2570
สธ.-T143/2569
สธ.-T143/2568

ชุดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสฝีดาษลิง (Mpox virus or Monkeypox virus)

โดยวิธี Real-time PCR

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับตรวจเชื้อไวรัสฝีดาษลิง (Mpox virus or Monkeypox virus: MPXV) โดยวิธี Real-time PCR
2. ใน 1 ชุดน้ำยา ประกอบด้วย
   2.1 Monkeypox qPCR Detection Master Mix หรือ 2X PCR Reaction Solution และ Primer & Probe Mix หรือ Master mix และ Enzyme mix
   2.2 Positive control
   2.3 Negative control หรือ No template control
3 มีคุณสมบัติดังนี้
   3.1 มี Fluorescent Probe ชนิด FAM ที่จำเพาะต่อ DNA ของเชื้อไวรัสฝีดาษลิง
   3.2 สามารถทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 96 reactions
4 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5 เงื่อนไขอื่นๆ
   5.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
   5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ
6 ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๗๐

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

.....ประธานกรรมการ	
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)	
..... กรรมการ	..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)	(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)
..... กรรมการ	..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)	(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)
..... กรรมการ	..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)	(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)
..... กรรมการและเลขานุการ	..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)	(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)