สสช.-T149/2570
สสช.-T149/2569
สสช.-T149/2568

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดน้ำยาสำหรับ PCR purification

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับเตรียม PCR product ขนาด 100 bp ถึง 10 Kb ให้บริสุทธิ์
2. ใน 1 ชุดประกอบด้วย
   2.1 QlAquick Spin Columns
   2.2 Buffer PB
   2.3 Buffer PE (concentrate)
   2.4 Buffer EB
   2.5 pH Indicator I
   2.6 Collection Tubes
   2.7 Loading Dye
   2.8 คู่มือหรือเอกสารการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   3.1 Maximum binding capacity 10 µg
   3.2 Minimum elution volume 30 µL
   3.3 Capacity of column reservoir 800 µL
   3.4 สามารถ recovery DNA ขนาด 100 bp ถึง 10 Kb ได้ 90 - 95 %
   3.5 สามารถ recovery dsDNA ขนาด 100 bp ถึง 10 Kb ได้
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบ
5. เงื่อนไขอื่น ๆ
   5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันส่งมอบสินค้า และต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2569

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

5.2 มีการรักษา...

สสช.-T149/2570
สสช.-T149/2569
สสช.-T149/2568

5.2 เก็บที่รักษาอุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนดขณะขนส่งจนถึงส่งมอบ

6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ
(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ
(นายเจษฎา รัตโณภาส)

..... กรรมการ
(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ
(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ
(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ
(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการ
(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๗๐

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ชุดน้ำยาสำหรับ PCR purification