สส.-T154/2570

สสช.-T154/2569

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดน้ำยาสกัด Pathogen DNA / RNA ด้วยเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ

1. เป็นชุดน้ำยาสำหรับสกัดแยกสารพันธุกรรมของ Pathogen DNA และ RNA จากตัวอย่างที่ได้จากสัตว์ (Animal Samples) โดยใช้ Magnetic Bead
2. ใน 1 ชุด ประกอบด้วย
   - 2.1 Buffer VXL
   - 2.2 Buffer ACB
   - 2.3 Proteinase K
   - 2.4 Carrier RNA (poly A)
   - 2.5 MagAttract Suspension G
   - 2.6 Buffer AW1 (concentrate)
   - 2.7 Buffer AW2 (concentrate)
   - 2.8 Buffer AVE
   - 2.9 เอกสารกำกับการใช้งาน
3. มีคุณสมบัติ ดังนี้
   - 3.1 สามารถใช้สกัดแยกสารพันธุกรรม Viral RNA, Viral DNA และ Bacterial DNA
   - 3.2 ใช้สกัดแยกสารพันธุกรรมจากตัวอย่างสัตว์ได้หลากหลายชนิด เช่น whole blood, serum, plasma, swab และ tissue
   - 3.3 สามารถใช้กับเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ยี่ห้อ Indical รุ่น IndiMag 2 หรือ IndiMag 48s ได้
   - 3.4 น้ำยา 1 ชุด สามารถสกัดสารพันธุกรรมได้จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ตัวอย่าง
4. มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
5. เงื่อนไขอื่นๆ
   - 5.1 มีเอกสารรับรองคุณภาพการวิเคราะห์ (certificate of analysis) แนบมาในวันที่ส่งมอบสินค้า และจะต้องเป็น lot การผลิตเดียวกับสินค้าที่ส่งมอบ
   - 5.2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิตามที่ผู้ผลิตกำหนด ขณะขนส่งและส่งมอบ

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ ~~2570~~

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

6. ส่งมอบ....

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

สธ. -T154/2570

6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

.....ประธานกรรมการ

(นางกัญญ์พิชญา ธีระพันธ์)

..... กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ)

..... กรรมการ

(นางธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุลี)

..... กรรมการ

(นางจันทรา วัฒนะเมธานนท์)

..... กรรมการ

(นางนวพร วัดเดลล์)

..... กรรมการ

(นางสาวพนม ใสยจิตร์)

..... กรรมการ

(นางนิตยา ศรีแก้วเขียว)

..... กรรมการและเลขานุการ

(นางรัชนีกร วิทูรพงศ์)

..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวภรณ์ชนก ภาสบุตร)

ขออนุมัติใช้สำหรับปีงบประมาณ 2570

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

(นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ